



Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie  
20 - 708 Lublin, ul. Pielęgniarek 6  
skr. poczt. 119  
tel. 81 743-42-72 lub 81 533-41-00  
email: [wsse.lublin@sanepid.gov.pl](mailto:wsse.lublin@sanepid.gov.pl) <https://www.gov.pl/web/wsse-lublin>

ADM-ZP.272.1.9.2023

Lublin, dnia 07.11.2023 r.

### *Uczestnicy postępowania*

#### **VIII Zmiana SWZ**

#### **Modyfikacja Załącznika nr 2 do SWZ**

Zamawiający, działając w oparciu o art. 286 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz.. 1605 ze zm.) zwanej dalej Pzp, dokonuje modyfikacji SWZ w zakresie Załącznika nr 2, w postępowaniu pn. **„Zakup samochodu – chłodni do przewozu preparatów szczepionkowych, próbek żywności oraz materiału biologicznego”** – dotyczy opisu przedmiotu zamówienia.

#### **Zamawiający dokonuje SWZ w zakresie Załącznika nr 2 do SWZ**

Zmianie ulega w Załączniku nr 2 do SWZ w Tabeli, pkt 38 i 40.

Pkt. 38:

Istniejący zapis:

„Zasilanie agregatu – z alternatora pojazdu przy uruchomionym silniku oraz dodatkowa instalacja pozwalająca na podłączenie agregatu do zasilania zewnętrznego 230V.”

Zastępuje się następującym:

„Zasilanie agregatu – z silnika pojazdu przy uruchomionym silniku oraz dodatkowa instalacja pozwalająca na podłączenie agregatu do zasilania zewnętrznego 230V.”

Pkt. 40

Istniejący zapis:

„Sprawdzenie rozkładu temperatury wewnątrz każdego boksu (boks–przestrzeń komory ładunkowej wydzielona za pomocą przegrody ażurowej) w 9 miejscach (środek geometryczny boksu oraz w odległości 10% (wysokość, szerokość, głębokość) od ścian) w temperaturze + 5 st. C potwierdzone świadectwem wystawionym przez akredytowany podmiot.”

Zastępuje się następującym:

„Sprawdzenie rozkładu temperatury wewnątrz każdego boksu (boks–przestrzeń komory ładunkowej wydzielona za pomocą przegrody ażurowej) w 9 miejscach (środek geometryczny boksu oraz w odległości 10% (wysokość, szerokość, głębokość) od ścian) w temperaturze + 5 st. C potwierdzone świadectwem wystawionym przez akredytowany podmiot. Jeżeli wykonawca nie znajdzie akredytowanego laboratorium, które wydałoby takie świadectwo to należy przedstawić zaświadczenie o przeprowadzonym mapowaniu temperatury w reprezentatywnych warunkach, biorąc pod uwagę wahania sezonowe (lato, zima), które potwierdzi, że w ww. miejscach chłodni utrzymywana jest temperatura +5 st. C (dopuszczalne odchylenie +/- 0,5 st. C).”

W Załączeniu : **VI modyfikacja Załącznika nr 2 do SWZ.**