

ZP/17/23

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zmianami), dalej: „ustawa” pn. „Dostawa ambulansu drogowego typu C wraz z wyposażeniem”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, 2, 6 ustawy Zamawiający przedstawia pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

1. pozycja Nr IX nosze główne z transporterem

Czy Zamawiający dopuści nosze które nie posiadają podgłówka mocowanego bezpośrednio do ramy noszy umożliwiającego ich przedłużenie w celu transportu pacjenta o znacznym wzroście? Proponowane przez nas rozwiązanie umożliwia transport pacjentów o znacznym wzroście bez konieczności przedłużania ich leża w wyżej opisany sposób.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców z chwilą ich publikacji.

/-/ Paweł Dopierała

Prezes Zarządu