

Katowice, 05.01.2024 r.

Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy
Korczała 27
40 – 340 Katowice

PYTANIA i ODPOWIEDZI na PYTANIA

PYTANIE 1: Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści analizator bez możliwości wprowadzania krzywych kalibracyjnych kodami kreskowymi?

ODPOWIEDŹ: NIE

PYTANIE 2: Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści paski testowe, które wykazują wpływ kwasu askorbinowego przy stężeniu wyższym niż 1.4 mmol/L ?

ODPOWIEDŹ: TAK

PYTANIE 3: Czy Zamawiający dopuści materiał kontrolny na poziomie N i P zachowujący stabilność wszystkich analizów po jego otwarciu przez 15 dni przy przechowywaniu w temp. 2-8°C?

ODPOWIEDŹ: NIE

PYTANIE 4: Czy Zamawiający dopuści mocz kontrolny konfekcjonowany 2 x 8ml?

W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do przeliczenia i zaoferowania odpowiedniej ilości moczu kontrolnego zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi w specyfikacji.

ODPOWIEDŹ: NIE

PYTANIE 5: Pakiet 12

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie tylko kontroli pozytywnej poza zestawem?

ODPOWIEDŹ: NIE

PYTANIE 6: Czy Zamawiający wymaga aby testy znajdowały się na liście testów rekomendowanych przez WHO?

ODPOWIEDŹ: TAK

PYTANIE 7: Czy Zamawiający wymaga aby testy znajdowały się na liści testów respektowanych przez EU?

ODPOWIEDŹ: TAK

DYREKTOR
Centrum Psychiatrii w Katowicach
im. dr. Krzysztofa Czumy
mgr MIA Tomasz Broda