



Toszek, 08.03.2022 r.

dotyczy: *postępowania nr 1/TP/DEG/AS/2022 na dostawę odczynników i podręcznego sprzętu laboratoryjnego wraz z dzierżawą automatycznego analizatora biochemicznego na okres 3 lat pracy dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku.*

Na podstawie art. 286 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ:

1) zmianie ulega opis przedmiotu zamówienia w zakresie części 6 – Zamawiający dopuszcza maksymalnie dwie serie materiałów kontrolnych/kalibratorów w trakcie trwania umowy. W związku z powyższym zmianie ulegają następujące zapisy specyfikacji:

- **ROZDZIAŁ V pkt 5:**
W zakresie części 6:

1) Zamawiający dopuszcza zaoferowania przez cały okres trwania umowy maksymalnie dwóch serii oferowanych surowic, materiałów kontrolnych oraz multikalibratora z pozycji: 19-25 tabeli części 6 w trakcie trwania umowy.

- **Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w zakresie części 6 – podpis pod tabelką**

Zamawiający dopuszcza zaoferowania przez cały okres trwania umowy maksymalnie dwóch serii oferowanych surowic, materiałów kontrolnych oraz multikalibratora z pozycji: 19-25 tabeli części 6 w trakcie trwania umowy.

2) zmianie ulega opis przedmiotu zamówienia w zakresie części 11 – Zamawiający dopuszcza analizator, który ma możliwość wykonywania priorytetowych badań cito, jednak dostawianie próbek pilnych wiąże się z chwilowym przerwaniem pomiarów, ale bez przerywania pracy analizatora. W związku z powyższym zmianie ulegają następujące zapisy specyfikacji:

- **Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz wymaganych granicznych parametrów technicznych - pozycja 25**

1.	Możliwość wykonywania priorytetowo badań CITO. Dostawianie próbek pilnych bez przerywania pomiarów lub z chwilowym przerwaniem pomiarów, ale bez przerywania pracy analizatora	TAK	
----	---	-----	--

Wprowadzone zmiany stanowią integralną część specyfikacji.

Zmiana SWZ jest wiążąca dla Wykonawców.

Z poważaniem:
Kierownik Zamówień Publicznych
Anna Skandy

Od dnia 08.03.2022 r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania dostępna jest zmodyfikowana treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.