



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46
www.szpital.rybnik.pl e-mail: sekretariat@szpital.rybnik.pl
Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



ISO 27001

TAM-502/2-PN/46-2020

Rybnik, dnia 17.07.2020 r.

Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE 2

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

Zakup aparatury i sprzętu medycznego, urządzeń do dezynfekcji, testów, odczynników diagnostycznych i pozostałych oraz modernizacja infrastruktury SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19”.

Numer naboru: RPSL.10.01.00-IZ.01-24-395/20; Numer wniosku: WND-RPSL.10.01.00-24-0301/20-002.

Zakup aparatury i sprzętu medycznego – 2 sztuk respiratorów transportowych

(zamówienie nr TAM-502-PN/46-2020)

ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

z dnia 10.07.2020 r., nr 2020/S 132-322894

W związku z wniesionymi zapytaniem, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi.

Pytanie 1: „Dot. Specyfikacja techniczna – załącznik nr 1.2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania respirator transportowy o poniższych parametrach?:

PARAMETR	WYMYGA
Parametry ogólne	
Respirator do ratunkowej terapii oddechowej (wewnątrz i zewnątrzszpitalny)	
Respirator do terapii oddechowej w trakcie transportu szpitalnego	
Odporny na wstrząsy	
Odporny na zmiany temp. w zakresie minimum od -20 do 50°C	
Zasilanie gazowe w tlen z butli lub centralnej instalacji o ciśnieniu roboczym min. od 2,8 do 6,0 bar	
Zasilanie z wewnętrznego akumulatora na min. 8 godz.	

Telefony:

Centrala: 032 42-91-000

Główny Księgowy: 032 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 032 42-91-288

Sekretariat: 032 42-91-254

Dział Organizacyjny: 032 42-926-11

Fax: 032 42-28-272

BGŻ BNP Paribas SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001

Możliwe zasilanie z zewnętrznego źródła DC o napięciu 12 lub 24 V	
Zasilanie AC 220 /230V	
Waga maksymalna respiratora (podstawowej jednostki z akumulatorem) do 4 kg.	
Kompletny system do podłączenia butli z ochroną reduktora, torba na akcesoria, pasek do przenoszenia	
Możliwość rozbudowy o dedykowany system zawieszenia respiratora wraz z uchwytem na ścianie budynku lub jednostki transportu sanitarnego	
Tryby wentylacji	
CMV - objętościowo kontrolowana	
VC-AC - objętościowo kontrolowana	
VC-SIMV/PS- objętościowo kontrolowana	
Możliwość rozbudowy o tryb PC-BIPAP/PSV - wspomaganie ciśnieniowe, ciśnieniowo kontrolowany	
SPN-CPAP/PS	
Możliwość wentylacji w trybach objętościowych VT w zakresie od 50 ml do 2000 ml	
NIV dostępna minimum w trybach CPAP, SPN-CPAP	
Tryb RKO dostępny bezpośrednio z ekranu głównego lub wydzielonego klawisza	
Możliwość aktywacji pauzy w trybie RKO	
Wentylacja bezdechu w trybie SPN-CPAP	
Alarmy	
Niskiego ciśnienia gazów zasilających	
Rzeczywistej częstości oddechów – Tachypnoe	
Za wysokiego ciśnienia szczytowego wdechu	
Rozłączenia	
Alarm niskiej/ wysokiej wentylacji minutowej	
Alarm przecieku w układzie pacjenta	
Alarm bezdechu	
Inne wymagania	
Tryb gotowości do pracy (natychmiastowe uruchomienie wentylacji z ustawionymi uprzednio parametrami)	
Możliwość rozbudowy o zintegrowane w respiratorze pomiar CO2 wraz z prezentacją parametrów na ekranie respiratora	
Możliwość rozbudowy o transmisję danych (bezprowadowo i przez USB)	
Kompletny uchwyt do zamocowania i przenoszenia respiratora, ewentualnej butli z reduktorem i akcesoriów	
Reduktor do butli z tlenem typu Alduk z drenem O2 do podłączenia do respiratora	
Dren gazowy O2 długości 3 m do podłączenia do centralnej instalacji (AGA) z końcówką typu Quick do podłączenia do respiratora	

Układ oddechowy dla dorosłych: 5 kompletów jednorazowych	
1 układ oddechowy dla dorosłych dł 1,5 metra	
Informacja o aktualnym zużyciu gazu napędowego (O2) na ekranie respiratora”	

Odpowiedź 1: Zamawiający nie zmienia wymagań w tym zakresie.

Ponieważ, warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert oraz wnoszenia wadium ustalony **do dnia 24.07.2020 r. do godziny 10.00** oraz termin otwarcia ofert: **w tym samym dniu o godzinie 10.30.**