



Znak sprawy: ZP/20/TP2/2022

Zabrze, 13.06.2022r.

### O D P O W I E D Ź nr 1 na zapytania w sprawie SWZ

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.) w trybie **podstawowym z możliwością negocjacji** pn.:

#### „Zakup litotryptora”

Zamawiający udziela wyjaśnień zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.).

#### Pytanie nr 1 dotyczy SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lithotryptora o następujących parametrach: **System do endoskopowej litotrypsji kamieni układu moczowego metodą ultradźwiękową i pneumatyczną.**

System umożliwiający jednoczesne wykorzystanie litotrypsji ultradźwiękowej oraz mechanicznej.

Wbudowana w generator pompa ssąca.

Obsługa generatora poprzez kolorowy monitor dotykowy.

Częstotliwość pracy systemu pneumatycznego w zakresie 0-15 Hz.

Tryby pracy systemu pneumatycznego: Pojedynczy, Ciągły, Automatyczny.

Częstotliwość pracy systemu ultradźwiękowego w zakresie 22-26 kHz.

Tryb pracy systemu ultradźwiękowego – ciągły.

#### Zestaw wyposażony w:

Generator do endoskopowej litotrypsji kamieni układu moczowego metodą ultradźwiękową i pneumatyczną

Rączkę pneumatyczną z 6 wielorazowymi sondami pneumatycznymi

Rączkę ultradźwiękową - w zestawie z 4 wielorazowymi sondami ultradźwiękowymi

Dwufunkcyjny przycisk nożny

Zestaw wielorazowych drenów do pompy ssącej

Pojemnik na odessane złoży

Kompresor do litotryptora pneumatycznego

Dedykowany do zestawu wózek z szufladą

#### Odpowiedź:

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.**

#### Pytanie nr 2 dotyczy wzoru umowy Par. 7 ust. 2 pkt. c)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

2.Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:

- c). za każdy dzień zwłoki w usunięciu awarii przedmiotu umowy względem terminu określonego w § 6 ust. 6 **w wysokości 0,5% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki, z wyjątkiem sytuacji w której Wykonawca dostarczy zastępczy przedmiot umowy na czas naprawy o parametrach takich samych lub wyższych.**

#### Odpowiedź:

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.**

Dyrektor

dr n. med.  
Dariusz Budziński

ul. 3-go Maja 13-15  
41-800 Zabrze

SEKRETARIAT

fax: (32) 370 45 22  
sekretariat@szpital.zabrze.pl

BIURO OBSŁUGI PACJENTA

tel.: (32) 370 45 31  
tel.: (32) 370 45 07

[www.szpital.zabrze.pl](http://www.szpital.zabrze.pl)

**Pytanie nr 3 dotyczy** wzoru umowy Par. 7 ust. 2 pkt. d)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

2. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:

d) za niedopełnienie obowiązków o których mowa w §6 ust. 12 w wysokości **500,00 zł** (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) za każdy przypadek;

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.**

**Pytanie nr 4 dotyczy** wzoru umowy Par. 7 ust. 2 pkt. e)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

2. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:

e) za nie wykonanie przeglądu zgodnie z terminami wynikającymi z częstotliwości przeglądów technicznych określonych na podstawie dokumentów o których mowa w §4 ust 4b i §6 ust. 10 w wysokości **500,00 zł** (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy przegląd;

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach wzoru umowy.**

Zamawiający  
z up. **DYREKTORA**  
Kierownik Działu Zamówień Publicznych  
**Adam Strzyżewski**