

**BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław
tel. +48 71 375 22 34 | +48 71 375 28 22 | +48 71 375 20 88

bzp@uwr.edu.pl | www.uwr.edu.pl

Wrocław, dnia 18.01.2024 r.

Nr postępowania: **BZP.2710.68.2023.AW**

Wykonawcy

(informacja zamieszczona na stronie internetowej
prowadzonego postępowania)

INFORMACJA NR 2 wyjaśnienia i zmiana treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.: „**Dostawa i montaż mebli biurowych i laboratoryjnych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego**”

Na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) Zamawiający – Uniwersytet Wrocławski przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami i zmienia treść SWZ zgodnie z poniższym:

I. Wyjaśnienia treści SWZ:

Pytanie nr 1:

1. Zamawiający wymaga aby meble laboratoryjne posiadały certyfikat zgodności PN-EN 14727. Norma ta została wycofana i nie została zastąpiona żadną inną. Czy w związku z powyższym Zamawiający odstąpi od tego wymogu, wymagając jedynie potwierdzenia zgodności z normami PN-EN 13150 oraz PN-EN 16121?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że wymaga potwierdzenia zgodności z normami PN-EN 13150 oraz PN-EN 16121.

II. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający zmienia treść SWZ, w którym rozdz. IV ppkt 15.1.4.1 otrzymuje brzmienie: Certyfikaty dla producenta mebli laboratoryjnych zgodne z normą PN-EN 13150:2004 lub równoważną, PN-EN 16121+A1:2017-11 lub równoważną, wydane przez akredytowaną w tym zakresie jednostkę badawczą potwierdzający wymagania bezpieczeństwa i wytrzymałość mechaniczną mebli laboratoryjnych;

Zamawiający informuje, że **wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część SWZ i dotyczą wszystkich Wykonawców** biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców.

DYREKTOR GENERALNY
mgr Elżbieta Solarewicz