

Dreźnie, dnia 28 kwietnia 2023 roku

**Do
Wykonawców,
ubiegających się o zamówienie**

P1

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę gazów medycznych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Dreźnie, nr sprawy PCZSzp/ZP/ZO/9/2023

WYJAŚNIENIA

Pytanie nr 1

Pakiet 6

Czy Zawór dozujący do podawania mieszaniny gazowej 50 % tlen med. i 50% podtlenek azotu med. (fabrycznie oryginalny bez dodatkowych modyfikacji i przeróbek, zarejestrowany przez producenta) wraz ze wszystkimi jego elementami składowymi ma być nierozbieralny/nierozkręcalny, tzn. nie posiadać elementów, które pacjent i/lub osoby odwiedzające i/lub personel Zamawiającego bez użycia dedykowanych do tego narzędzi może samowolnie odkręcić, a następnie usunąć/zagubić i stworzyć dla siebie potencjalne zagrożenie oraz zmniejszyć walory użytkowe urządzenia lub nawet uniemożliwić podawanie opisanej powyżej mieszaniny gazów.

„Nierozbieralność” systemu w ramach codziennego użytkowania zapewnia, że w zaworze dozującym nie będzie żadnych elementów, które pacjent może samowolnie usunąć i stworzyć dla siebie potencjalne zagrożenie, które może skutkować ryzykiem powstania nieuszczelnienia całego układu do podawania mieszaniny. Jakakolwiek możliwość rozmontowania zaworu (w tym również przez personel medyczny) może spowodować jego przypadkowe uszkodzenie, a niewłaściwy montaż może doprowadzić do obniżenia wydajności podawania, uszkodzenia oraz związanych z tym kosztów naprawy.

Odp. do pytania 1

Zaoferowany system dozujący winien gwarantować bezpieczeństwo użytkowania przez pacjenta, minimalizujące działania niepożądane wynikające ze sposobu użytkowania.

Pytanie nr 2

Pakiet 6

Czy w celu zwiększenia komfortu pracy personelu medycznego oraz bezpieczeństwa prowadzonej terapii mieszaniną 50% tlen medyczny / 50% podtlenek azotu medyczny, wszystkie jednorazowe elementy niezbędne do podawania tej mieszaniny (ustnik, zawór wydechowy z filtrem) mają być konfekcjonowane w jednym opakowaniu jednostkowym po 100 sztuk?

Odp. do pytania 2

Nie stawia się dodatkowych wymagań w tym zakresie.

Pytanie nr 3

Pakiet 6

Czy Zamawiający wymaga, aby możliwe było podawanie leku w postaci mieszaniny gazowej 50 % tlen i 50% podtlenek azotu do 6 godzin bez konieczności kontrolowania morfologii krwi w oparciu o odpowiednie zapisy zamieszczone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, którą Wykonawca winien dołączyć do oferty?

Odp. do pytania 3

Produkt leczniczy zaoferowany w pakiecie 6 winien umożliwiać dozowanie pacjentom przez okres do 6 godzin, bez konieczności kontrolowania morfologii krwi.

Pytanie nr 4

Pakiet 6

Czy Zamawiający wymaga, aby pracownik przyszłego wykonawcy, który odpowiedzialny jest za szkolenie personelu z zakresu obsługi systemu podawania mieszaniny gazowej tlenu i podtlenku azotu 50%/50%, posiadał odpowiednią wiedzę i umiejętności w tym zakresie, potwierdzone stosownym certyfikatem wydanym przez producenta systemów dostarczania gazu? Czy na etapie badania ofert Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania wykonawców do przedłożenia w/w certyfikatów?

Odp. do pytania 4

Osoba, która nie posiada wiedzy, umiejętności i kwalifikacji do prowadzenia szkoleń nie powinna być delegowana do ich prowadzenia, ponieważ rzutuje o na profesjonalizm Wykonawcy.

Pytanie nr 5

Pakiet 6

„W związku z obowiązującymi przepisami przewozu substancji niebezpiecznych ADR oraz zgodnie z ogólnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, kierowcy przekazują odbiorcy produkty butlowe wyłącznie w specjalnie do tego przeznaczonych, bezpiecznych strefach dostaw. Ta sama zasada dotyczy również odbioru pustych butli. Wykluczone jest dostarczanie produktów butlowych bezpośrednio do oddziałów szpitalnych, szpitalnych oddziałów ratunkowych, izb przyjęć, gabinetów lekarskich i zabiegowych. Ta sama zasada dotyczy również obioru pustych butli.

W związku z tym, zwracamy się z prośbą o umożliwienie dostawy gazu o którym mowa w pakiecie 6 do Magazynu Gazów Szpitala, tak jak pozostałych gazów medycznych.”

Odp. do pytania 5

Wprowadza się zmianę miejsca dostawy gazu wskazanego w pakiecie 6 - po zmianie: Magazyn gazów.