

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania „Dostawa materiałów i płynów do terapii nerkozastępczej wraz z dzierżawą aparatów”

Znak sprawy: ZP/45/ZCO/2020

Działając zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

Pytanie nr 1

pakiet 1 pozycja 5 termin składania ofert: 18.06.2020

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 5 z pakietu 1 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2

pakiet 1 pozycja 12 termin składania ofert: 18.06.2020

1. Czy Zamawiający w pozycji 12 pakiet 1 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy wysokoprzepływowego (High Flow) z termoplastycznego poliuretanu Tecoflex z ramionami prostymi i średnicy 11 Fr i 13 Fr oraz długościach: 15 cm, 20 cm, 25 cm do wyboru przez Zamawiającego?

Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex
- radiocieniujący szaft cewnika
- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu
- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów
- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry
- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadło
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- wyprodukowany w Niemczech

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 12 z pakietu 1 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Szczegółowe informacje o produkcie w załączeniu

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 1 pozycji 12 i zaferowanie następujących parametrów: Cewnik naczyniowy permanentny w zestawie, dwuświatłowy, wykonany z poliuretanu o średnicy 14,5 Fr. Dwie wersje do wyboru. Wersja z ramionami prostymi o długości cewnika do mufy: 15,19,23,27,31,35,42, 50cm i wersja z ramionami zakrzywionymi o długości 19, 24, 28 i 31cm.



Przepływ do 500ml/min. Symetryczna, taperowana końcówka cewnika w celu łatwiejszego wszczępienia. Recyrkulacja przy normalnym i odwróconym przepływie w liniach tętniczej i żyłnej poniżej 1%. Dookoła cewnika otwory wycięte w systemie 360 stopni celem zmniejszenia ryzyka przyssania końcówki do ściany naczynia. Objętość wypełnienia naniesiona na zaciskach. Wprowadzacz o średnicy 15Fr ze zintegrowanym zaworem hemostatycznym, nie wymagającym aktywacji, zapobiegającym przedostaniu się powietrza do światła naczynia i utraty krwi, bezpieczny skalpel. Cewnik w zestawie do zakładania metodą Seldingera. 5 sztuk w opakowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Dyrektor
Zagłębiowskie Centrum Onkologii
Szpital Specjalistyczny im. Śr. Starkiewicza
w Dąbrowie Górniczej
mgr Iwona Kabejko