

Zielona Góra 20.07.2022 r.

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), którego przedmiotem zamówienia jest **Analizator pola promieniowania z systemem weryfikacji planu leczenia pacjenta, nr referencyjny: LI.280.6.2022.**

### ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ

Zamawiający Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o. o. niniejszym informuje, iż na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania. Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Zamawiający udostępnił treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

#### Pytanie 1

##### **Załącznik nr 3 do SWZ. Wzór umowy, § 5, punkt 3 i 4**

Zwracamy się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu **§ 5, punkt 3 oraz 4**, i nadanie im brzmienia jak poniżej:

*„3. Wykonawca gwarantuje, że w przypadku awarii, usunięcie jej nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od chwili uzyskania informacji od Zamawiającego w zwykłych godzinach pracy, to jest pomiędzy 800 a 1700, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, z zastrzeżeniem, że naprawa nie może trwać dłużej niż 10 dni kalendarzowych.”*

*„4. W przypadku napraw dokonywanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej usunięcie awarii, o której mowa w ust. 3 może zostać wykonane w terminie do 30 dni roboczych od chwili uzyskania informacji od Zamawiającego w zwykłych godzinach pracy, to jest pomiędzy 8.00 a 17.00, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy”*

Uzasadnienie:

Analizator pola oraz systemy weryfikacji planów leczenia wymagane przez Zamawiającego są bardzo precyzyjnymi urządzeniami pomiarowymi. W przypadku poważnej awarii niezbędne jest wykonanie naprawy w siedzibie producenta poza granicami Polski oraz przeprowadzenia procedury wzorcowania po wykonanej naprawie. Powoduje to wydłużonym czas oczekiwania na naprawę bez możliwości jego skrócenia. W związku z tym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu usunięcia awarii do 30 dni roboczych od czasu ich zgłoszenia, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w przypadku potrzeby wysłania elementów do naprawy za granicę. Natomiast w przypadku awarii nie wymagającej wysłania sprzętu za granicę prosimy o wydłużenie czasu usunięcia awarii do 7 dni.

**Odpowiedź:** *Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane zmiany.*

#### Pytanie 2

##### **Załącznik nr 2 do SWZ. Formularz cenowo-techniczny. Punkt B**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania sprzętu fabrycznie nowego, ale wyprodukowanego w 2021 roku.

**Odpowiedź:** *Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2021 r.*

**PREZES ZARZĄDU**  
**dr Marek Działoszyński**  
*podpis na oryginale*

**UWAGA**

Udzielone odpowiedzi i dokonane zmiany mają zastosowanie we wszystkich miejscach SWZ, nawet tam, gdzie w niniejszym piśmie nie zostały wymienione.

**Publikacja:**

[https://platformazakupowa.pl/pn/szpital\\_zgora/proceedings](https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_zgora/proceedings)  
a/a LI.280.6.2022