

OGŁOSZENIE

Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 15/TP/2023

(art. 284 pzp)

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne,
w trybie PODSTAWOWYM,

zgodnie z art. 275, pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych

(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm), zwanej dalej „ppz”,

wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy

na: DOSTAWA ARTYKUŁÓW I SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO
I WIELORAZOWEGO UŻYTKU NA POTRZEBY ZAMAWIAJĄCEGO

Z dnia: **29-08-2023r.**

Nazwa (firma) Zamawiającego

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA

Adres Zamawiającego

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA
UL. 30-go STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW.
TEL./FAX 58.777.66.73
Adres poczty elektronicznej: dombrowski.robert@szpitaletczewskiesa.pl
Adres strony internetowej: www.szpitaletczewskiesa.pl
KRS:0000386185, NIP: 593-25-26-795, REGON: 220620689, BDO000038394

Pytanie 1

Pakiet nr 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie pozycji nr 1 z pakietu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela pozycji z pakietów. Postępować zgodnie ze SWZ

Pytania 2

2.1. Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 1 i 2 dopuści wycenę za op. a'100szt.?

2.2. Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 3 dopuści tłok z polipropylenu?

2.3. Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 3 dopuści skalę rozszerzoną do 24ml?

2.4. Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 7-10 dopuści kontrastujący mleczny tłok?

2.5. Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 7 dopuści rozszerzenie do 2,5ml?

2.6. Czy Zamawiający w Pakiecie 2 poz. 9 dopuści rozszerzenie do 11ml?

Odpowiedź:

Ad. 2.1. Zamawiający dopuszcza

Ad. 2.2. Zamawiający dopuszcza

Ad. 2.3. Zamawiający dopuszcza

Ad. 2.4. Zamawiający dopuszcza

Ad. 2.5. Zamawiający dopuszcza

Ad. 2.6. Zamawiający dopuszcza

Pytania 3

3.1. Pakiet 1, Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści strzykawki insulinowe w komplecie z niezintegrowaną igłą (0,4x13mm)?

3.2. Pakiet 1. Pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści strzykawki wykonane w całości z polipropylenu, reszta parametrów zgodna z SWZ?

3.3. Pakiet 1. Pozycja 1-2 Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawki w opakowaniach a`100 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

3.4. Pakiet 1. Pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawki w opakowaniach a`50 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

3.5. Pakiet 1. Pozycja 4-6 Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawki w opakowaniach a`25 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

3.6. Pakiet 1. Pozycja 7-10 Czy Zamawiający dopuści strzykawki niekodowane kolorystycznie z przedłużoną skalą uwzględniającą 10% rozszerzenie pojemności nominalnej?

3.7. Pakiet 1. Pozycja 7-10 Czy Zamawiający dopuści strzykawki z kryzą ograniczającą, zabezpieczającą przed przypadkowym wysunięciem tłoka?

3.8. Pakiet 1. Pozycja 10 – Czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowaniu a`50szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

3.9. Pakiet 5, Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści butelki Redon z możliwością połączenia z drenami o średnicach od 6CH do 18CH ?

3.10. Pakiet 5, Pozycja 2-6 Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny wykonany w całości z biokompatybilnego silikonu klasy medycznej o długości 500mm?

3.11. Pakiet 5, Pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny w rozmiarze F27

3.12. Pakiet 5. Pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny w rozmiarze F33

3.13. Pakiet 5. Pozycja 7-12 Czy Zamawiający dopuści dren redona zwijany ?

Odpowiedź:

Ad. 3.1. Zamawiający nie dopuszcza.

Ad. 3.2. Zamawiający dopuszcza

Ad. 3.3. Zamawiający dopuszcza

Ad. 3.4. Zamawiający dopuszcza

Ad. 3.5. Zamawiający dopuszcza

Ad. 3.6. Zamawiający dopuszcza rozszerzenie j.w., nie dopuszcza kodowania j.w. (niekodowanych)

Ad. 3.7. Postępować zgodnie ze SWZ. Zamawiający nie dopuszcza strzykawek z

pojedynczą kryzą.

Ad. 3.8. Zamawiający dopuszcza

Ad. 3.9. Zamawiający dopuszcza

Ad. 3.10. Zamawiający nie dopuszcza

Ad. 3.11. Zamawiający dopuszcza

Ad. 3.12. Zamawiający nie dopuszcza

Ad. 3.13. Zamawiający nie dopuszcza

Pytania 4

4.1. Załącznik nr 3; Pakiet 2, poz. 4 Obwody oddechowe i akcesoria do zestawu nieinwazyjnej wentylacji noworodków, dzieci i dorosłych kompatybilne z aparatem typ AIRVO II

- Czy zamawiający wymaga zaoferowania poszerzonego asortymentu o kaniule asymetryczne serii Duet, występującego w analogicznych rozmiarach? Kaniule serii DUET posiadają asymetryczne noski, które generując wyższe ciśnienie w drogach oddechowych, umożliwiają dodatkowe oczyszczanie anatomicznej przestrzeni martwej z CO₂ oraz poprzez redukcję hałasu poprawiają komfort pacjenta, a co za tym idzie zwiększają możliwości zastosowania terapii.

4.2. Załącznik nr 3; Pakiet 2: Obwody oddechowe i akcesoria do zestawu nieinwazyjnej wentylacji noworodków, dzieci i dorosłych kompatybilne z aparatem typ AIRVO II

W związku z rejestracją produktów na terenie RP w pełnych opakowaniach zbiorczych bez możliwości podzielenia na sztuki zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zaoferowania produktów w następujących opakowaniach:

Poz. 1. Układy do HFNC – opakowanie zbiorcze 10 szt.

Poz. 2 – 4. Kaniule do HFNC – opakowanie zbiorcze 20 szt.

Jednocześnie prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie zamawianych ilości opakowań w przypadku umożliwienia złożenia oferty na pełne opakowania zbiorcze:

Poz. 1 – 50 szt.

Poz. 2 – 30 szt.

Poz. 3 – 20 szt.

Poz. 4 – 10 szt.

Odpowiedź:

Ad. 4.1. Zamawiający dopuszcza

Ad. 4.2. Zamawiający dopuszcza powyższe opakowania zbiorcze i jednocześnie precyzuje w takim przypadku ilości sztuk w opakowaniach, poniżej:

Poz. 1 – 50 szt.

Poz. 2 – 20 szt.

Poz. 3 – 20 szt.

Poz. 4 – 20 szt.

Pytania 5.

5.1. Pakiet 1, poz. 3

Proszę o dopuszczenie strzykawkę z rozszerzoną skalą 20-22 ml

5.2. Pakiet 1, poz. 3

Proszę o dopuszczenie strzykawk wykonanych z polipropylenu

5.3. Pakiet 1, poz. 7-10

Proszę o odstąpienie od wymogu kolorowego oznaczenie rozmiaru na opakowaniu jednostkowym każdej strzykawki.

5.4. Pakiet 1, poz. 7-10

Proszę o doprecyzowanie czy pod zapisem „podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka” Zamawiający rozumie podwójną kryzę zabezpieczającą ?

5.5. Pakiet 1, poz. 7-10

Proszę o doprecyzowanie czy pod zapisem „kontrastujący kolor tłoka i cylindra” Zamawiający rozumie tłok inny niż biały/mleczny?

5.6. Pakiet 2, poz. 10

Proszę o dopuszczenie strzykawk w opakowaniach po 80 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

5.7. Pakiet 2, poz. 10

Proszę o dopuszczenie strzykawk w opakowaniach po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

5.8. Pakiet 2, poz. 7-10

Proszę o dopuszczenie strzykawk bez rozszerzonej skali.

Odpowiedź:

Ad. 5.1. Zamawiający dopuszcza

Ad. 5.2. Zamawiający dopuszcza

Ad. 5.3. Zamawiający nie odstąpi od wymogu kolorowego oznaczenia rozmiaru na opakowaniu jednostkowym.

Ad. 5.4. Zamawiający pod ww. zapisem przyjmuje także rozwiązanie – podwójną kryzę zabezpieczającą przed wypadnięciem tłoka

Ad. 5.5. Zamawiający pod ww. zapisem przyjmuje także rozwiązanie – kolor tłoka biały / mleczny.

Ad. 5.6. Zamawiający dopuszcza

Ad. 5.7. Zamawiający dopuszcza

Ad. 5.8. Zamawiający nie dopuszcza

Pytania 6.

6.1. Dotyczy pakietu 1 poz. 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki

tuberkulinowej z wbudowana igłą 0.4 x12.5 mm

6.2. Dotyczy pakietu 1 poz. 6. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania strzykawkę cewnikowej 100 ml z końcówką ściętą prosto, nie pod kątem.

6.3. Dotyczy pakietu 1 poz. 4 i 5:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawkę z dwustronną /podwójną skalą pomiarową, co ułatwia precyzyjny odczyt zawartości strzykawkę?

6.4. Dotyczy pakietu 1 poz. 7-10:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawkę z tłokiem prostym bez przewężeń w jego środkowej części, nie ulegającym odkształcaniu podczas przygotowywania i podaży leków w iniekcji, gwarantującym płynną podaż leku.

Odpowiedź:

Ad. 6.1. Zamawiający dopuszcza

Ad. 6.2. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie określa rodzaju końcówki.

Ad. 6.3. Postępować zgodnie ze SWZ – Zamawiający opisał swoje wymagania.

Ad. 6.4. Postępować zgodnie ze SWZ – Zamawiający opisał swoje wymagania.

Zatwierdził: Prezes Zarządu – Maciej Bieliński