



WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU



DYREKTOR tel. 56 679 35 00
NACZELNY LEKARZ tel. 56 679 35 01
Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH. tel. 56 654 33 77

ul. Św. Józefa 53-59, 87-107 Toruń 9
skrytka pocztowa 7, www.wszcz.torun.pl
tel. 56 679 31 00, fax 56 654 40 54, 56 659 61 28

Toruń, dnia 08-01-2020 r.

W.Sz.Z: TZ-280-133/19

dotyczy: postępowania na dostawę sprzętu jednorazowego użytku z podziałem na 4 zadania

Sprostowanie do odpowiedzi udzielonych w dniu 07.01.2020 r.

dotyczy odpowiedzi na:

Pytanie Nr 44 dot. Zadania Nr 4, poz. 22

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonana z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PVC, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedź:

Jest : Zgodnie z SIWZ. Zapis w SIWZ „ bez zawartości PCV” dotyczy przyrządu w całości a nie tylko komory, wymóg ten zapisany jest po przecinku.

A powinno być: Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem zachowania pozostałych parametrów.

Pytanie Nr 45 dot. Zadania Nr 4, poz. 23

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonana z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PVC, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedź:

Jest: Zgodnie z SIWZ.

A powinno być: Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem zachowania pozostałych parametrów.

Za zaistniałą omyłkę przepraszamy.

Z poważaniem

W trybie art. 18 ust. 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych
Z up. Dyrektora Wojewódzkiego
Szpitala Zespołonego w Toruniu

p.o. KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia

Anna Wutrich-Krajewska



Województwo
Kujawsko-Pomorskie