

## Opis przedmiotu umowy

Lp.	Nazwa	Typ	Rok produkcji	Nr seryjny	Opis urządzenia	Producent
1.	Aparat RTG ramię C	ZIEHM 8000	2008	8958	<p>Urządzenie składa się:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Generatora wysokiej częstotliwości 20 KHz sterowanego mikroprocesorami, o mocy 2,2 kW</li><li>• Dwuogniskowej lampy X-RAY ze stacjonarną anodą</li><li>• Wózka z ramieniem C o wadze 230 kg, głębokości ramienia 68 cm, o zakresie obrotu ramienia wokół osi poziomej 225 stopni i zakresie orbitalnego 135 stopni</li><li>• Wzmocniacza obrazu o średnicy nominalnej 9", o trzech polach</li><li>• Monitora i toru wizyjnego (stacja monitorowania łączona z RTG z ramieniem C</li></ul>	ZIEHM Imaging GmbH (Niemcy)