

Kraków, dnia 24.05.2024 r.

Znak sprawy: 23/TP/Atol/2024

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy: Dostawa wyposażenia i sprzętu medycznego do pracowni umiejętności pielęgniarstwa Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.), dalej ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko o regulacji wysokości w zakresie 43-83 cm? Proszę o dopuszczenie łóżka szpitalnego dorosłego z regulacją kąta segmentu ud w zakresie od 0 do 30 stopni. Pozwoli to zaoferować łóżka większej ilości producentów. Proszę o dopuszczenie łóżka szpitalnego dorosłego z kołami 100 mm. Pozwoli to zaoferować łóżka większej ilości producentów.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści łóżko szpitalne także o parametrach wskazanych powyżej

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga dostawy łóżka szpitalnego z materacem w zestawie?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga dostawy łóżka szpitalnego dla dzieci z materacem w zestawie?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 4

Pytanie do wzoru umowy.

Proszę o zmianę par. 5 pkt. 5 na:

5. Wykonawca w przypadku wystąpienia usterki zapewnia jej usunięcie w ciągu 14 dni roboczych, liczonych od daty zgłoszenia usterki przez Zamawiającego lub w przypadku konieczności ściągnięcia podzespołów z zagranicy w ciągu 30 dni roboczych. W tym czasie Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż sprzęt uszkodzony, jeśli Zamawiający z takim wnioskiem wystąpi

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów paragrafu 5 ust. 5 umowy, którzy otrzymuje brzmienie:



Uniwersytet Komisji
Edukacji Narodowej
w Krakowie

Wykonawca w przypadku wystąpienia usterki zapewnia jej usunięcie w ciągu 14 dni roboczych, liczonych od daty zgłoszenia usterki przez Zamawiającego lub w przypadku konieczności ściągnięcia podzespołów z zagranicy w ciągu 30 dni roboczych. W tym czasie Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż sprzęt uszkodzony, jeśli Zamawiający z takim wnioskiem wystąpi.

Niniejsze pytania i odpowiedzi stanowią integralną część SWZ

W związku z terminem i zakresem udzielonych odpowiedzi Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert:

Nowy termin składania ofert: 29.05.2024 r. godz. 9:00

Nowy termin otwarcia ofert: 29.05.2024 r. godz. 9:30

Zmianie ulega także termin związania ofertą: Nowy termin związania ofertą: 27.06.2024 r.

Zatwierdził
Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju
dr hab. Robert Stawarz, prof. UKEN